

Pregão Eletrônico

926782.92022 .81360 .4808 .2383140994



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2022

Às 09:00 horas do dia 16 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 018/2022 de 09/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 40, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais, ar condicionado, computadores, eletrodomésticos e móveis hospitalares, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Oxímetro digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.362,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.504,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.011,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.696,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.461,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6**Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável: R\$** 10.496,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.496,0000****Item: 7****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 2.027,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** C. E. CARVALHO - COMERCIAL, **pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000****Item: 8****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$** 31.016,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000****Item: 9****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 3.088,2600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000****Item: 10****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 777,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 11****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável: R\$** 958,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 930,0000****Item: 12****Descrição:** Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.016,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.016,5000 .**

Item: 13

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.325,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.325,4000 .**

Item: 14

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.575,2400

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 15

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.527,9000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 16

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39.928,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29.838,0000 .**

Item: 17

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 742,5000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 18

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.169,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.019,0000 .**

Item: 19

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19.366,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14.300,0000 .**

Item: 20

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.005,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 940,0000 .**

Item: 21

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.995,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.670,0000 e com valor negociado a R\$ 1.669,9500 .**

Item: 22

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.097,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 530,0000 .**

Item: 23

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.678,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.678,2300 .**

Item: 24

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.978,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25**Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 6.259,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** C. E. CARVALHO - COMERCIAL, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 .**Item: 26****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 65.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 27****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 2.740,5600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.713,0000 .**Item: 28****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 2.295,5900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** C. E. CARVALHO - COMERCIAL, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 .**Item: 29****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável: R\$** 604,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 604,6500 .**Item: 30****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 2.615,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 31****Descrição:** Oxímetro Digital**Descrição Complementar:** Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 839,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 839,8600 .**

Item: 32

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 471,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 471,4000 .**

Item: 33

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.041,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 .**

Item: 34

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.981,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.981,2200 .**

Item: 35

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.719,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 36

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.924,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e com valor negociado a R\$ 1.299,9900 .**

Item: 37

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.928,5500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 900,0000 .**

Item: 38

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.005,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 39

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.940,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.831,5000 e com valor negociado a R\$ 1.831,4800 .**

Item: 40

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 41

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.856,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.856,9000 .**

Item: 42

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28.447,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 25.740,0000 .**

Item: 43

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 853,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 44

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil ,

Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.495,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 680,0000 .**

Item: 45

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.780,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MB CATARINENSE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.722,2000 .**

Item: 46

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.263,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.263,2000 .**

Item: 47

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.047,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.047,4400 .**

Item: 48

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.079,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.079,4400 .**

Item: 49

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.649,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 .**

Item: 50

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.020,0800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 .**

Item: 51

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.991,6800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.445,0000 .**

Item: 52

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.165,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 53

Descrição: Oxímetro Digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 149.733,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 108.120,0000 .**

Histórico**Item: 1 - Oxímetro digital**

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/03/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Oxímetro Digital

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/03/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	14/03/2022

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: G TECH

Fabricante: G TECH

Modelo / Versão: PORTATIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.FABRICANTE: FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR / ANVISA:80275310072

Porte da empresa: ME/EPP

29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 201,1000	R\$ 2.011,0000	11/03/2022 13:52:54
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: G TECH

Fabricante: G TECH

Modelo / Versão: NEB DESK II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	10	R\$ 201,1000	R\$ 2.011,0000	14/03/2022 17:34:43
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo / Versão: DC1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.011,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.011,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.000,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.980,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:03:02:320
R\$ 1.900,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:01:850
R\$ 1.881,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:07:12:733
R\$ 1.850,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:17:400
R\$ 1.830,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:07:28:597
R\$ 1.800,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:36:383
R\$ 1.780,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:07:57:970
R\$ 1.750,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:08:02:633
R\$ 1.730,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:08:47:783
R\$ 1.700,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:08:56:313
R\$ 1.683,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:09:12:623
R\$ 1.650,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:09:14:503
R\$ 1.550,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:09:19:657
R\$ 1.500,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:10:11:993
R\$ 1.450,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:10:25:987
R\$ 1.400,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:10:31:717
R\$ 1.350,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:10:35:090
R\$ 1.300,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:11:01:917
R\$ 1.280,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:11:06:670
R\$ 1.200,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:11:27:060
R\$ 1.180,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:11:32:853

05/04/2022 16:40

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R\$ 1.150,0000

24.864.422/0001-73

16/03/2022 09:12:07:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:14:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:14:08	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:36:25	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 08:49:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 09:14:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Aceite de proposta	31/03/2022 09:54:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000. Motivo: Empresa inabilitada equivocadamente, considerando a economicidade e o fato de a empresa ser ME/EPP, a época desta licitação.
Recusa de proposta	31/03/2022 09:54:46	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000. Motivo: Proponente desclassificada pois produto ofertado não atende ao descritivo do edital.
Recusa de proposta	31/03/2022 15:45:00	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois produto ofertado não atende ao descritivo do edital. Não possui tubo corrugado flexível e gerador de ultrassom.
Recusa de proposta	04/04/2022 14:27:51	Recusa da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000. Motivo: Proponente desclassificada pois produto ofertado não atende ao descritivo do edital.
Cancelado no julgamento	04/04/2022 14:28:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proponente ofertou produto que atenda ao descritivo do edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Oxímetro Digital****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/03/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Oxímetro Digital**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 600,0000	R\$ 9.000,0000	15/03/2022 07:35:26
Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: AH-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquecedor elétrico portátil, potência mínima 800w, com mínimo 2 opções de temperatura, aquecimento com lâmpadas halogênicas, grade protetora. 110v. Garantia mínima de 12 meses. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:11:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:21:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:21:02	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/03/2022 14:26:06	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: Proponente ofertou valor acima do valor máximo estimado em edital.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 14:27:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proponente habilitado dentro do valor estimado pelo edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: AL18016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, com 2 portas na cor branco, puxador em polipropileno na porta no sentido vertical e fechadura com chave, com 04 prateleiras no mínimo, pintura eletrostática à pó com alta resistência e durabilidade, dimensões aproximadas: 40cm (P) x 80cm (L) x 180cm (A), garantia mínima 12 meses, LUNASA AL18016 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.049,6000	R\$ 10.496,0000	07/03/2022 13:16:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.496,0000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:12:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:22:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:22:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:01:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:39:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Aceite de proposta	25/03/2022 14:58:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 10.496,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	14/03/2022 16:23:52
	Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: HR 6005 C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com bomba a vácuo; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp;Rotações: 1.750 RPM;Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W);Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom;Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V;Compressor: A pistão oscilante;Lubrificação: Isento;Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre);Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg);Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado;Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg);Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros;Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada;Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco;Filtro: Filtro Bactericida. FABRICANTE: HR Hospitalar Eireli - ME - BRASIL / ANVISA:81731740001 Porte da empresa: ME/EPP						
10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.027,0000	R\$ 2.027,0000	14/03/2022 16:57:07
	Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: HR 6005 INF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com bomba a vácuo; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp;Rotações: 1.750 RPM;Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W);Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom;Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V;Compressor: A pistão oscilante;Lubrificação: Isento;Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre);Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg);Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado;Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg);Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros;Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada;Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco;Filtro: Filtro Bactericida. Porte da empresa: ME/EPP						
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.027,3200	R\$ 2.027,3200	10/03/2022 10:27:05
	Marca: NSR (NEVONI) Fabricante: NSR (NEVONI) Modelo / Versão: 14014POC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com bomba a vácuo; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp;Rotações: 1.750 RPM;Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W);Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom;Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V;Compressor: A pistão oscilante;Lubrificação: Isento;Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre);Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg);Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado;Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg);Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros;Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada;Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco;Filtro: Filtro Bactericida. Porte da empresa: ME/EPP						
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.027,3200	R\$ 2.027,3200	11/03/2022 13:52:54
	Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo / Versão: 14014POC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com bomba a vácuo; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp;Rotações: 1.750 RPM;Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W);Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom;Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V;Compressor: A pistão oscilante;Lubrificação: Isento;Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre);Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg);Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado;Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg);Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros;Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada;Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco;Filtro: Filtro Bactericida Porte da empresa: ME/EPP						
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.027,3200	R\$ 2.027,3200	14/03/2022 17:07:31
	Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo / Versão: 14014POC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com bomba a vácuo; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W);Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom; Amperagem: 2.4 A em 110 V e						

1.27V e 1.25A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg); Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; Filtro: Filtro Bactericida

Porte da empresa: ME/EPP

24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 2.027,3200 R\$ 2.027,3200 14/03/2022 17:34:43

Marca: ASPIRATEX

Fabricante: ASPIRATEX

Modelo / Versão: HR-6005C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com bomba a vácuo; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.27V e 1.25A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg); Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; Filtro: Filtro Bactericida.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.027,3200	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.027,3200	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.027,3200	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.027,3200	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.027,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.000,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.980,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:00:14:733
R\$ 1.900,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:01:19:460
R\$ 1.881,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:01:21:053
R\$ 1.850,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:01:32:150
R\$ 1.831,5000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:03:15:480
R\$ 1.800,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:06:16:743
R\$ 1.782,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:06:35:587
R\$ 1.750,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:06:943
R\$ 1.730,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:07:21:813
R\$ 1.700,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:32:037
R\$ 1.683,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:07:49:243
R\$ 1.650,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:55:550
R\$ 1.782,0000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:08:10:143
R\$ 1.625,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:08:39:450
R\$ 1.600,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:08:52:837
R\$ 1.580,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:10:05:807
R\$ 1.607,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:11:06:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:13:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:13:07	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:36:41	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 08:43:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 10:19:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Aceite de proposta	04/04/2022 10:38:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000. Motivo: Inabilitada equivocadamente.
Habilitação de	05/04/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL - CNPJ/CPF:

fornecedor 15:59:29 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 6.200,0000	R\$ 31.000,0000	14/03/2022 16:23:52
Marca: BS Fabricante: BS Modelo / Versão: 4.2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal de mesa. Capacidade de 42 litros. Controle automático através de micro controlador. Seleção de temperatura entre 120 a 134°C. Ciclo de trabalho automático. Abastecimento de água automático ou manual. Tempo mínimo de secagem 30 minutos, com a porta aberta, entreaberta ou fechada. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo. Elementos filtrantes em aço inoxidável. Câmara em aço inoxidável. Duas ou três bandejas em aço inoxidável, totalmente perfuradas, para permitir uma boa circulação de vapor. Sistema de fechamento da porta dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Gabinete em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Potência mínima 1.400w. Voltagem: 110 ou biwolt. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Registro ANVISA. FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP -BRASIL / ANVISA:80360560002 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31.000,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:10:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:12:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:22:26	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:22:26	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 10:19:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 10:38:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Aceite de proposta	04/04/2022 10:54:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.544,0000	R\$ 3.088,0000	10/03/2022 12:55:57
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS							

	Modelo / Versão: P200C						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISÕES DE 100 G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRAQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) dias, contados da data estipulada para a abertura do certame. PAGAMENTO 30 (trinta) dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento ENTREGA 30 (trinta) dias a contar da entrega da ordem de fornecimento e/ou nota de empenho GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluso todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.544,1300	R\$ 3.088,2600	07/03/2022 13:16:08
	Marca: WELMY						
	Fabricante: WELMY						
	Modelo / Versão: W200						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica, WELMY W200						
	Porte da empresa: ME/EPP						
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.544,1300	R\$ 3.088,2600	10/03/2022 10:27:05
	Marca: RAMUZA						
	Fabricante: RAMUZA						
	Modelo / Versão: DP 200KG/50G						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.544,1300	R\$ 3.088,2600	14/03/2022 17:07:31
	Marca: BALMAK						
	Fabricante: BALMAK						
	Modelo / Versão: BK-200FAN						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica						
	Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	15/03/2022 07:35:26
	Marca: BALMAK						
	Fabricante: BALMAK						
	Modelo / Versão: BK-200FAN						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO)						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 3.088,2600	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 3.088,2600	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 3.088,2600	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 3.088,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 3.000,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:01:27:263
R\$ 2.970,0000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:08:11:950
R\$ 2.940,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:08:30:440
R\$ 2.910,6000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:08:31:990
R\$ 2.880,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:08:47:467
R\$ 2.851,2000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:08:50:033
R\$ 2.820,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:09:01:067
R\$ 2.791,8000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:09:02:050
R\$ 2.760,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:09:11:757
R\$ 2.732,4000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:09:14:087
R\$ 2.700,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:09:41:140
R\$ 2.673,0000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:09:42:147
R\$ 2.640,0000	09.251.627/0001-90	16/03/2022 09:09:53:190
R\$ 2.958,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:11:13:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:13:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:13:14	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 09:38:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 09:43:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Aceite de proposta	30/03/2022 09:45:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 10:20:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 11:45:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Oxímetro Digital

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	16/03/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.922.825/0001-85	LABNORTE MATERIAIS	Sim	Sim	3	R\$ 315,0000	R\$ 945,0000	07/03/2022

MEDICOS,
HOSPITALARES E
LABORATORIAI

Marca: RENASCER
Fabricante: RENASCER

Modelo / Versão: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço in

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação."

Porte da empresa: ME/EPP

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - Sim Sim 3 R\$ 319,3700 R\$ 958,1100 07/03/2022
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 13:18:21
LTDA

Marca: RENASCER
Fabricante: RENASCER
Modelo / Versão: RN09005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação, RENASCER RN09005

Porte da empresa: ME/EPP

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE Sim Sim 3 R\$ 319,3700 R\$ 958,1100 14/03/2022
PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 17:09:28

Marca: BEGONIA
Fabricante: BEGONIA
Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 958,1100	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 958,1100	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 945,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 930,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:01:43:547
R\$ 920,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:07:39:370
R\$ 930,0000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:08:35:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:10:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:10:36	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	22/03/2022 14:28:18	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAI, CNPJ/CPF: 34.922.825/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 920,0000. Motivo: Proponente solicitou desclassificação do item, informando que não conseguiria atender 100% das especificações.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 09:16:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 10:59:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 09:15:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 09:54:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Aceite de proposta	30/03/2022 15:47:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 930,0000.

Habilitação de fornecedor 05/04/2022 15:59:29 Habilitação em grupo de propostas. EIRELI - CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58
Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: 34532 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses, PLAXMETAL 34532 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 180,3300	R\$ 9.016,5000	07/03/2022 13:18:21

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.016,5000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:10:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:12:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:22:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:22:56	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:19:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 9.016,5000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: EXECUTIVA 51002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória Executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul-escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01	Sim	Sim	10	R\$ 732,5400	R\$ 7.325,4000	07/03/2022 13:18:21

(um) ano, PLAXMETAL EXECUTIVA 51002
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.325,4000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:10:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:13:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:23:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:23:12	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:37:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 7.325,4000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RNTI700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência: tampo superior em aço inox, suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de soro em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para aspirador, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 compartimentos cada, na primeira gaveta, 4 rodízios giratórios de sendo dois com travas e dois sem travas, batentes de borracha de silicone, sistema de lacre único para todas as gavetas com puxadores em aço inox FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI -EPP - BRASIL / ANVISA:80430259005 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	14/03/2022 16:28:07
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RNTi700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência: tampo superior em aço inox, suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de soro em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para aspirador, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 compartimentos cada, na primeira gaveta, 4 rodízios giratórios de sendo dois com travas e dois sem travas, batentes de borracha de silicone, sistema de lacre único para todas as gavetas com puxadores em aço inox, RENASCER RNTI700 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.575,2400	R\$ 2.575,2400	07/03/2022 13:18:21
35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA Marca: Saludem Fabricante: Saludem Modelo / Versão: Saludem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência: tampo superior em aço inox, suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de soro em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para aspirador, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 compartimentos cada, na primeira gaveta, 4 rodízios giratórios de sendo dois com travas e dois sem travas, batentes de borracha de silicone, sistema de lacre único para todas as gavetas com puxadores em aço inox. Registro ANVISA/M.S. 81871110007 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.575,2400	R\$ 2.575,2400	07/03/2022 14:20:25
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.575,2400	R\$ 2.575,2400	14/03/2022 17:09:28

PARA A SAUDE
EIRELI

Marca: BIO -TEK

Fabricante: BIO-TEK

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência: tampo superior em aço inox, suporte giratório para desfibrilador/monitor, suporte de soro em aço inox, no mínimo 4 gavetas, suporte para aspirador, suporte para cilindro de oxigênio, tábua de massagem cardíaca em acrílico, 2 divisórias com 8 compartimentos cada, na primeira gaveta, 4 rodízios giratórios de sendo dois com travas e dois sem travas, batentes de borracha de silicone, sistema de lacre único

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.575,2400	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.575,2400	35.473.398/0001-68	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.575,2400	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.500,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.450,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:01:50:510
R\$ 2.400,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:07:25:613
R\$ 2.425,8000	35.473.398/0001-68	16/03/2022 09:08:40:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:00:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:10:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:10:41	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	30/03/2022 14:42:07	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois ofertou produto que não atende ao solicitado em edital. Produto ofertado não possui suporte para aspirador.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 08:55:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 09:04:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Recusa de proposta	31/03/2022 11:11:31	Recusa da proposta. Fornecedor: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2.425,8000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois ofertou produto que não atende ao solicitado em edital. Produto ofertado não possui suporte para aspirador.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 13:53:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:54:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Recusa de proposta	05/04/2022 10:28:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2.450,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois ofertou produto que não atende ao solicitado em edital. Produto ofertado não possui suporte para aspirador.
Recusa de proposta	05/04/2022 10:29:15	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.575,2400. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois ofertou produto que não atende ao solicitado em edital. Produto ofertado não possui suporte para aspirador.
Cancelado no julgamento	05/04/2022 10:29:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proponente ofertou produto que atenda as solicitações do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	15/03/2022 07:49:02
<p>Marca: HANNA Fabricante: HANNA Modelo / Versão: HI701 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colorímetro para análise de cloro residual - digital, faixa de medição de 0.00 a 2.50 ppm, alimentação a pilha alcalina AAA, fonte de luz LED, lâmpada diodo emissor de luz, desligamento automático, memória de armazenamento de dados, condições ambientais 0 até 90° umidade (não condensada), a prova d'água, peso mínimo do equipamento 64 gramas. A empresa deve fornecer 02 pacotes de reagente em pó com 100 unidades (sachês). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	14/03/2022 15:46:26
<p>Marca: Hanna Fabricante: Hanna Modelo / Versão: HI711 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DO COLORÍMETRO CHECKER PARA MEDIÇÃO DE CLORO TOTAL HANNA O Colorímetro Checker para Medição de Cloro Total da Hanna elimina quaisquer dificuldades e fornecem resultados digitais precisos diretamente no visor. O Colorímetro Checker para Medição de Cloro Total traz mais tecnologia de precisão que o test kit químico comum, oferecendo mais precisão e consistência nos seus resultados. Leve seu colorímetro portátil em seu bolso. Operação com um botão, obtendo seu resultado de cloro total de maneira simples Assegure que seus resultados sejam consistentes com timer embutido. DIFERENCIAIS DO COLORÍMETRO CHECKER PARA MEDIÇÃO DE CLORO TOTAL HANNA O Colorímetro Checker para Medição de Cloro Total da Hanna proporciona uma maneira simples, precisa e custo-efetiva de realizar medições de cloro total. O Cloro é um desinfetante popular usado no abastecimento de água, limpeza de frutas e vegetais, e da mesma maneira para equipamentos industriais de alimentos e bebidas. Embora benéfico na destruição de seres patogênicos, níveis acima de 4 partes por milhão (ppm) se torna nocivo para humanos, e por isso deve ser monitorado. Projetado para ser uma maneira mais precisa e alternativa à teste kits, o HI711 proporciona resultados rápidos e precisos em poucos passos. Simples de usar e mais preciso que testes químicos Dedicado a um único parâmetro Ideal para análises de água, educação, piscinas e spas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO COLORÍMETRO CHECKER PARA MEDIÇÃO DE CLORO TOTAL HANNA Faixa 0.00 a 3.50 ppm (mg/L) Resolução 0.01 ppm (mg/L) Precisão @ 25°C/77°F ±0.03 ppm ±3% de leitura Fonte de Luz LED @ 525 nm Detector de Luz Fotocélula de silicone Método Adaptação do método USEPA 330.5, método DPD Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95% não condensado Tipo de Bateria (1) 1.5V AAA Desligamento Automático Após dois minutos inoperante Dimensões 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2&#8243; x 2.4&#8243; x 1.5") Peso 64 g (2.25 oz.) Conteúdo O HI711 acompanha cuvetas com tampas (2), kit de 6 reagentes para cloro total,100 análises, bateria, guia rápido e manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.520,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.494,8000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:18:43:223
R\$ 2.400,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:18:54:217
R\$ 2.376,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:19:29:737
R\$ 2.300,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:20:31:687
R\$ 2.277,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:21:09:467
R\$ 2.200,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:21:39:980
R\$ 2.178,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:21:41:060
R\$ 2.000,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:21:45:237
R\$ 1.980,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:21:45:867
R\$ 1.800,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:21:51:130
R\$ 1.782,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:21:51:910
R\$ 1.600,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:21:56:093
R\$ 1.584,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:21:57:120
R\$ 1.500,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:22:01:063
R\$ 1.485,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:22:01:987
R\$ 1.450,0000	40.392.813/0001-99	16/03/2022 09:22:10:810
R\$ 1.435,5000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:22:11:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:10:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:24:12	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:24:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo -	30/03/2022 13:42:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10.

Convocação
anexo

Encerramento

do prazo - 30/03/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
Convocação 15:02:38 PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10.
anexo

Abertura do

prazo - 04/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA
Convocação 15:37:02 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10.
anexo

Encerramento

do prazo - 04/04/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO
Convocação 16:58:34 PEREIRA 06162526682, CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10.
anexoRecusa de
proposta05/04/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682,
15:08:33 CNPJ/CPF: 38.438.581/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.435,5000. Motivo: Proponente
desclassificada para o item, pois produto ofertado não atende ao descritivo do edital. Não possui
memoria de armazenamento de dados.

Abertura do

prazo - 05/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação 15:10:17 40.392.813/0001-99.
anexo

Encerramento

do prazo - 05/04/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA,
Convocação 15:33:25 CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99.
anexoRecusa de
proposta05/04/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99,
15:49:39 pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois produto
ofertado não atende ao descritivo do edital. Não possui memoria de armazenamento de dados.Cancelado no
julgamento05/04/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proponente ofertou produto que atende ao
15:50:16 descritivo do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Oxímetro Digital**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.989,9000	R\$ 39.919,2000	14/03/2022 11:14:24
	Marca: MRX Fabricante: MRX Modelo / Versão: Personalizado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSub, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSub, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção). Porte da empresa: ME/EPP						
04.326.894/0001-65	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.990,0000	R\$ 39.920,0000	14/03/2022 16:08:44
	Marca: PCATUAL/LG Fabricante: PCATUAL/LG Modelo / Versão: A003/IPS225V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSub, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível						

com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSUB, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção). (COTA DE 21,0526% DO TOTAL DO ITEM DESTINADA A ME E EPPs)

Porte da empresa: ME/EPP

27.465.898/0001-20 J.C. ARCHILLA Sim Sim 8 R\$ 4.991,0000 R\$ 39.928,0000 07/03/2022 13:12:36
COMERCIO DE CONFECOES

Marca: PORTO STORE

Fabricante: PORTO STORE

Modelo / Versão: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PS I310100f/8gb/ssd256/2gbvideo/500w/ms/tec/win10

Porte da empresa: ME/EPP

42.580.139/0001-00 VOLGA Sim Sim 8 R\$ 4.991,0000 R\$ 39.928,0000 14/03/2022 17:42:56
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: AIOX

Fabricante: AIOX

Modelo / Versão: G200 / 10100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSUB, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSUB, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção)

Porte da empresa: ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 8 R\$ 4.991,1200 R\$ 39.928,9600 07/03/2022 14:06:39
EIRELI

Marca: BLUE MB

Fabricante: BLUE MB

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSUB, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSUB, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção). (COTA DE 21,0526% DO TOTAL DO ITEM DESTINADA A ME E EPPs)

Porte da empresa: ME/EPP

45.298.461/0001-20 J U V Sim Sim 8 R\$ 4.991,1200 R\$ 39.928,9600 14/03/2022 13:58:07
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO

DE INFORMATICA
LTDA**Marca:** PC JUV + LG 21.5**Fabricante:** PC JUV + LG 21.5**Modelo / Versão:** PC JUV + LG 21.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSUB, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSUB, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção). (COTA DE 21,0526% DO TOTAL DO ITEM DESTINADA A ME E EPPs)

Porte da empresa: ME/EPP

06.224.928/0001-36	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 4.991,1200	R\$ 39.928,9600	14/03/2022 17:14:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Desktop Básico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: I3 10100 / Placa mãe H410m / SDD 256 GB / 8GB DDR4 / FONTE 500W 24p / Geforce 2GB/ Monitor 21,5 " ACER V226HQL / Mouse e teclado / mouse pad com apoio em gel / Windows 10 PRO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.047.263/0001-29	CONNECTGOV LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.991,1200	R\$ 39.928,9600	14/03/2022 20:49:28
--------------------	--------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: sKUL**Fabricante:** SKUL**Modelo / Versão:** CUSTOMIZADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSUB, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSUB, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção). (COTA DE 21,0526% DO TOTAL DO ITEM DESTINADA A ME E EPPs)

Porte da empresa: ME/EPP

10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.991,1200	R\$ 39.928,9600	14/03/2022 22:48:49
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: C3 PLUS INTEL I3 101**Fabricante:** C3 PLUS INTEL I3 10100 ACER**Modelo / Versão:** C3 PLUS INTEL I3 10100 ACER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR – DESKTOP; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE: Tipo torre no padrão ATX, Ventilador interno para dissipação do calor PROCESSADOR: Frequência de clock (base): 3.6 GHz, Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 8; MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666 MHz com dissipador (expansível até 128 GB DDR4); ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; PLACA DE VÍDEO: 2 GB GDDR5, com saídas DSUB, DVI e HDMI; PLACA-MÃE: Conexão de rede através de Porta Gigabit LAN, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1, 2 soquetes para memória, Processador Gráfico Integrado, Placa de Som Integrada, 6 conectores SATA; FONTE: 500W (compatível com o equipamento oferecido); MONITOR: Tela de Led 21,5", Resolução: 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Conexões de Entrada: DSUB, DVI e HDMI, Antirreflexo, Revestimento da Categoria Hard Coating 3H; CABO HDMI com comprimento 1,5m; CABO D-SUB com comprimento 1,5m; TECLADO: Teclado com layout ABNT2, conexão USB 2.0 ou superior, cabo com 1,5m de comprimento, na cor preta, teclado de membrana, ajuste de níveis de inclinação, deve ter driver compatível com Windows 10, teclas gravadas a laser; MOUSE: botões esquerdo, direito e scroll, conexão USB 2.0 ou superior; cabo com 1,5m de comprimento; na cor preta; mouse ótico, resolução 3000 DPI, medidas mínimas: 6 cm x 10.2 cm x 3.3 cm; deve ter driver compatível com

Windows 10; MOUSEPAD: Ergonômico em gel, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, apoio em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; APOIO DE PUNHO: Ergonômico em gel com base para teclado ABNT2, base revestida de poliuretano, superfície em lycra elástica, em sílica gel, regulamentado de acordo com a NR17, na cor preta; LICENÇAS: Windows 10 Pro (64 bits) em português do Brasil, instalado, com licença holográfica colada em local visível e protegido, com mídia original. O equipamento deve acompanhar o conjunto completo de drivers para o melhor funcionamento de todo o conjunto. Deve haver possibilidade de restauração a configuração original. Todos os softwares instalados deverão ser fornecidos com as licenças necessárias. (Todas as peças devem estar em linha de produção).

Porte da empresa: ME/EPP

39.935.346/0001-17 F BORGES Sim Sim 8 R\$ 5.500,0000 R\$ 44.000,0000 14/03/2022
EQUIPAMENTOS 15:24:41
EIRELI

Marca: MARCA PRÓPRIA /PCTOP

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo / Versão: Core i3-10100 – 8GB RAM / Monitor: 21.5 Polegadas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro Digital Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.000,0000	39.935.346/0001-17	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,9600	10.868.068/0001-40	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,9600	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,9600	06.224.928/0001-36	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,9600	16.961.181/0001-52	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,9600	45.298.461/0001-20	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.928,0000	42.580.139/0001-00	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.920,0000	04.326.894/0001-65	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.919,2000	12.027.340/0001-95	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 39.328,3000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:10:43:733
R\$ 38.930,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:11:41:057
R\$ 38.521,2000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:11:46:333
R\$ 38.000,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:12:19:113
R\$ 37.547,8000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:12:24:287
R\$ 37.171,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:12:48:227
R\$ 36.669,1000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:12:48:337
R\$ 36.302,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:13:07:450
R\$ 35.880,8000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:13:08:400
R\$ 36.000,0000	45.298.461/0001-20	16/03/2022 09:13:12:440
R\$ 35.000,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:13:45:957
R\$ 34.580,0000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:13:47:643
R\$ 35.800,0000	04.326.894/0001-65	16/03/2022 09:13:51:570
R\$ 34.000,0000	45.298.461/0001-20	16/03/2022 09:14:02:277
R\$ 33.626,0000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:14:07:503
R\$ 29.130,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:14:13:773
R\$ 33.600,0000	45.298.461/0001-20	16/03/2022 09:15:10:413
R\$ 33.126,2000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:15:12:713
R\$ 29.838,0000	04.326.894/0001-65	16/03/2022 09:16:19:830
R\$ 28.838,7000	10.868.068/0001-40	16/03/2022 09:16:52:090
R\$ 32.960,0000	16.961.181/0001-52	16/03/2022 09:16:58:523
R\$ 32.495,2000	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:17:03:060
R\$ 30.000,0000	39.935.346/0001-17	16/03/2022 09:18:26:073
R\$ 28.549,0000	27.465.898/0001-20	16/03/2022 09:19:01:253
R\$ 28.263,5100	10.868.068/0001-40	16/03/2022 09:19:50:557
R\$ 38.880,0000	06.224.928/0001-36	16/03/2022 09:20:45:410
R\$ 32.494,0000	42.580.139/0001-00	16/03/2022 09:22:06:647
R\$ 32.170,2480	38.047.263/0001-29	16/03/2022 09:22:10:097
R\$ 38.879,0000	12.027.340/0001-95	16/03/2022 09:22:58:737
R\$ 29.837,0000	42.580.139/0001-00	16/03/2022 09:24:07:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022	Item aberto para lances.

	09:10:41	
Encerramento	16/03/2022 09:26:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:26:08	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:18:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MALKUT & BOHN LTDA, CNPJ/CPF: 10.868.068/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 15:47:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MALKUT & BOHN LTDA, CNPJ/CPF: 10.868.068/0001-40.
Aceite de proposta	28/03/2022 13:39:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MALKUT & BOHN LTDA, CNPJ/CPF: 10.868.068/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 28.263,5100.
Recusa de proposta	30/03/2022 13:29:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MALKUT & BOHN LTDA, CNPJ/CPF: 10.868.068/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 28.263,5100. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois o produto ofertado não atende ao mínimo de conectores SATA na placa-mãe especificado no descritivo do objeto.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 13:35:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES, CNPJ/CPF: 27.465.898/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 15:12:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES, CNPJ/CPF: 27.465.898/0001-20.
Recusa de proposta	01/04/2022 14:50:44	Recusa da proposta. Fornecedor: J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES, CNPJ/CPF: 27.465.898/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 28.549,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois o produto ofertado não atende ao mínimo de conectores SATA na placa-mãe especificado no descritivo do objeto.
Recusa de proposta	01/04/2022 14:51:51	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.580.139/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 29.837,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois o produto ofertado não atende ao mínimo de conectores SATA na placa-mãe especificado no descritivo do objeto.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 10:22:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.326.894/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 10:38:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.326.894/0001-65.
Aceite de proposta	04/04/2022 11:08:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.326.894/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 29.838,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.326.894/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Oxímetro Digital

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/03/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.169,9800	R\$ 2.169,9800	14/03/2022 17:09:28
	Marca: IBG						

Fabricante: IBG**Modelo / Versão:** UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

Porte da empresa: ME/EPP

24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 2.169,9800	R\$ 2.169,9800	14/03/2022 17:36:00
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: GASWIDE**Fabricante:** GASWIDE**Modelo / Versão:** GW7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.169,9800	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.169,9800	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.148,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:14:29:163
R\$ 2.100,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:14:56:370
R\$ 2.070,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:16:33:690
R\$ 2.040,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:17:09:430
R\$ 2.019,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:18:39:337
R\$ 1.995,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:18:56:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:13:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:23:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:25:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:25:46	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:36:53	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.995,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Aceite de proposta	31/03/2022 10:00:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.995,0000. Motivo: Proponente inabilitada equivocadamente, considerando economicidade e que a época desta licitação a empresa é ME/EPP.
Recusa de proposta	31/03/2022 10:00:40	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.995,0000. Motivo: Proponente desclassificada pois produto ofertado não atende ao descritivo do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 14:34:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 14:46:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58.
Aceite de proposta	05/04/2022 14:49:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2.019,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Oxímetro Digital**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.300,0000 R\$ 19.300,0000	14/03/2022 16:28:07
	Marca: ALLIAGE Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: D700D1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA -BRASIL / ANVISA:10069210062 Porte da empresa: ME/EPP					
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.350,0000 R\$ 19.350,0000	14/03/2022 17:26:18
	Marca: Dentemed Fabricante: Dentemed Modelo / Versão: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART ou FLEX (Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. ""Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)"". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART ou FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira) COR DO ESTOFAMENTO:A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE" Porte da empresa: ME/EPP					
10.841.010/0001-03	VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.366,0000 R\$ 19.366,0000	10/03/2022 16:18:03
	Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: D700 MECÂNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica com demais especificações conforme edital Declaramos que concordamos e cumprimos com todas as cláusulas do edital Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame. Porte da empresa: ME/EPP					
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.366,4700 R\$ 19.366,4700	10/03/2022 10:27:05
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: PRIME 5 FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Porte da empresa: ME/EPP					
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.366,4700 R\$ 19.366,4700	11/03/2022 13:54:40

Marca: DENTE MED**Fabricante:** DENTE MED**Modelo / Versão:** PRIME FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.366,4700	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 19.366,4700	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 19.366,0000	10.841.010/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 19.350,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 19.300,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 19.100,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:13:38:457
R\$ 18.900,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:13:49:907
R\$ 18.500,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:14:53:947
R\$ 16.800,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:15:07:883
R\$ 15.980,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:15:14:783
R\$ 15.800,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:16:10:270
R\$ 15.600,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:16:30:130
R\$ 14.980,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:17:01:757
R\$ 14.800,0000	10.841.010/0001-03	16/03/2022 09:17:47:003
R\$ 14.500,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:18:30:517
R\$ 14.355,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:19:29:300
R\$ 14.700,0000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:21:21:127
R\$ 13.998,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:21:43:893
R\$ 13.858,0200	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:22:46:207
R\$ 14.300,0000	10.841.010/0001-03	16/03/2022 09:23:05:383
R\$ 13.500,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:23:14:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:13:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:25:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:25:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	31/03/2022 09:17:15	Recusa da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 13.500,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois o produto desta marca já fora adquirido em 2021, para um dos municípios consorciados deste CONIMS; Considerando relatório apresentado, pelo município, o qual relata que o equipamento é de baixa qualidade e prejudica o desempenho nos procedimentos.
Recusa de proposta	31/03/2022 09:17:28	Recusa da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 13.858,0200. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois o produto desta marca já fora adquirido em 2021, para um dos municípios consorciados deste CONIMS; Considerando relatório apresentado, pelo município, o qual relata que o equipamento é de baixa qualidade e prejudica o desempenho nos procedimentos.
Recusa de proposta	31/03/2022 09:17:42	Recusa da proposta. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 14.700,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois o produto desta marca já fora adquirido em 2021, para um dos municípios consorciados deste CONIMS; Considerando relatório apresentado, pelo município, o qual relata que o equipamento é de baixa qualidade e prejudica o desempenho nos procedimentos.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:10:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.841.010/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 15:17:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.841.010/0001-03.

05/04/2022 16:40

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Aceite de proposta	04/04/2022 15:36:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.841.010/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.300,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.841.010/0001-03
Registro de intenção de recurso	05/04/2022 16:22:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 29312896000126. Motivo: Temos interesse em interpor recurso contra nossa desclassificação uma vez que atendemos ao edital e vários outros órgãos públicos, solicitamos direito de defesa para comprovar nossa capacidade t
Aceite de intenção de recurso	05/04/2022 16:33:20	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29312896000126.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.312.896/0001-26	05/04/2022 16:22	05/04/2022 16:33	Aceito

Motivo Intenção: Temos interesse em interpor recurso contra nossa desclassificação uma vez que atendemos ao edital e vários outros órgãos públicos, solicitamos direito de defesa para comprovar nossa capacidade técnica.

Item: 20 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: DF 7000D B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10\%$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.005,0000	R\$ 1.005,0000	14/03/2022 16:57:07
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: DF7001-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10\%$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.005,4300	R\$ 1.005,4300	11/03/2022 13:54:40
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SONOSOUND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal	Sim	Sim	1	R\$ 1.005,4300	R\$ 1.005,4300	14/03/2022 17:36:00

a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10\%$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.005,4300	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.005,4300	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.005,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 990,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:14:45:680
R\$ 980,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:15:01:867
R\$ 970,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:15:27:170
R\$ 960,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:21:05:277
R\$ 950,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:21:52:750
R\$ 940,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:22:27:267
R\$ 920,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:33:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:14:08	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:24:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:24:34	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:37:04	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 920,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Aceite de proposta	31/03/2022 11:16:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 920,0000. Motivo: Proponente inabilitada equivocadamente, considerando economicidade e que a época desta licitação a empresa é ME/EPP.
Recusa de proposta	31/03/2022 11:16:54	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 920,0000. Motivo: Proponente desclassificada pois produto ofertado não atende ao descritivo do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:13:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:25:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37.
Aceite de proposta	04/04/2022 14:50:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 940,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 29.178.366/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 199,0000	R\$ 2.985,0000	14/03/2022 16:32:09

Marca: RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo / Versão:** 02D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses. / FABRICANTE RENASCER /ISENTO DE ANVISA**Porte da empresa:** ME/EPP

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 199,6800	R\$ 2.995,2000	07/03/2022 13:20:21
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo / Versão:** RN14155**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER RN14155**Porte da empresa:** ME/EPP

11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 199,6800	R\$ 2.995,2000	10/03/2022 10:27:05
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** MT331**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 199,6800	R\$ 2.995,2000	11/03/2022 13:56:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: FORÇAMEDICA**Fabricante:** FORÇAMEDICA**Modelo / Versão:** ESCADA CLINICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 199,6800	R\$ 2.995,2000	14/03/2022 17:10:03
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: RENOVAR**Fabricante:** RENOVAR**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses**Porte da empresa:** ME/EPP

24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	15	R\$ 199,6800	R\$ 2.995,2000	14/03/2022 17:39:36
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: METAL**Fabricante:** METAL**Modelo / Versão:** MSB0017**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborracha. Garantia mínima de 12 meses.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.995,2000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.995,2000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.995,2000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.995,2000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.995,2000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.985,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.900,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:21:17:500
R\$ 2.850,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:22:04:027
R\$ 2.820,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:13:430
R\$ 2.790,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:22:19:700
R\$ 2.750,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:37:213
R\$ 2.700,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:22:42:663
R\$ 2.670,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:50:800
R\$ 2.640,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:22:57:590
R\$ 2.500,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:23:02:847

R\$ 2.450,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:08:753
R\$ 2.350,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:23:20:443
R\$ 2.420,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:23:21:337
R\$ 2.300,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:26:587
R\$ 2.200,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:23:30:493
R\$ 2.000,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:23:34:440
R\$ 1.950,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:39:217
R\$ 1.890,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:23:52:283
R\$ 1.850,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:56:527
R\$ 1.800,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:24:02:600
R\$ 1.750,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:24:06:860
R\$ 2.500,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:24:21:907
R\$ 2.200,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:24:25:343
R\$ 1.700,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:24:32:873
R\$ 1.670,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:24:56:110
R\$ 2.178,0000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:29:07:063
R\$ 2.955,0000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:29:23:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:21:02	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:31:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:31:24	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:37:34	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Aceite de proposta	04/04/2022 10:56:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.670,0000.
Negociação de valor	04/04/2022 10:58:02	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.670,0000 e com valor negociado a R\$ 1.669,9500. Motivo: Ajustar ao valor da proposta final.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI -EPP - BRASIL / ANVISA:80430259006 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 540,0000	R\$ 1.080,0000	14/03/2022 16:32:09
34.922.825/0001-85	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAI Marca: METALSOLUTIONS Fabricante: METALSOLUTIONS Modelo / Versão: "Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, e Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões	Sim	Sim	2	R\$ 548,5400	R\$ 1.097,0800	07/03/2022 09:10:06

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA."

Porte da empresa: ME/EPP

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 548,5400	R\$ 1.097,0800	07/03/2022 13:20:21
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo / Versão:** RN14026i**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, RENASCER RN14026i**Porte da empresa:** ME/EPP

29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 548,5400	R\$ 1.097,0800	11/03/2022 13:56:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo / Versão:** FOCO AUXILIAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	2	R\$ 548,5400	R\$ 1.097,0800	14/03/2022 17:39:36
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: METAL**Fabricante:** METAL**Modelo / Versão:** MSB0048**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.**Porte da empresa:** ME/EPP

35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 548,6000	R\$ 1.097,2000	07/03/2022 14:20:25
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Medpej**Fabricante:** Medpej**Modelo / Versão:** Medpej**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1 X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro ANVISA nº 80127840022**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.097,2000	35.473.398/0001-68	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.097,0800	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.097,0800	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.097,0800	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.097,0800	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.080,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.050,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:30:247
R\$ 1.000,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:22:36:343
R\$ 990,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:42:543
R\$ 950,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:22:45:753
R\$ 940,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:22:57:867
R\$ 920,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:00:767
R\$ 900,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:23:37:110
R\$ 870,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:42:230
R\$ 850,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:23:47:497
R\$ 820,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:23:50:220
R\$ 800,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:23:56:017
R\$ 770,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:24:00:347
R\$ 760,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:24:08:187
R\$ 730,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:24:14:817

R\$ 710,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:24:23:597
R\$ 720,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:24:23:820
R\$ 690,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:24:28:463
R\$ 680,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:24:36:023
R\$ 660,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:24:41:883
R\$ 649,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:24:47:923
R\$ 620,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:25:01:987
R\$ 600,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:25:16:993
R\$ 580,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:25:20:333
R\$ 560,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:25:27:393
R\$ 550,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:25:43:563
R\$ 530,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:25:57:873
R\$ 500,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:26:12:453
R\$ 1.022,0000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:30:31:840
R\$ 1.086,1000	35.473.398/0001-68	16/03/2022 09:30:33:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:22:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:32:34	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 09:32:34	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:37:52	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Recusa de proposta	22/03/2022 14:26:37	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAI, CNPJ/CPF: 34.922.825/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Proponente solicitou desclassificação do item, informando que cotou valor errado.
Aceite de proposta	04/04/2022 10:59:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 530,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MUELLER Fabricante: MUELLER Modelo / Versão: MODERATTO 5B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão 05 bocas com acendimento automático, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de fogão: gás GLP. Tipo de queimador: potência regulável. Grades: duplas mais robustas, estáveis e seguras. Botões: removíveis. Capacidade do forno: mínimo de 90L. Recursos do forno: iluminação interna. Temperatura do forno: máximo de 280º e mínima de 160º. Prateleiras do forno: ajustáveis, removíveis e deslizantes. Tipo de abertura: frontal. Segurança: válvula corta-gás. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar a data de entrega do produto, MUELLER MODERATTO 5B Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.678,2300	R\$ 1.678,2300	07/03/2022 13:20:21
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: Atlas Fabricante: Atlas Modelo / Versão: Monaco Plus Branco 5Q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão 05 bocas com acendimento automático, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de fogão: gás GLP. Tipo de queimador: potência regulável. Grades: duplas mais robustas, estáveis e seguras. Botões: removíveis. Capacidade do forno: mínimo de 90L. Recursos do forno: iluminação interna. Temperatura do forno: máximo de 280º e mínima de 160º. Prateleiras do forno: ajustáveis, removíveis e deslizantes. Tipo de abertura: frontal. Segurança: válvula corta-gás. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar a data de entrega do produto. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	15/03/2022 07:35:27

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.678,2300	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:22:26	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:32:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:34:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:44:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:44:06	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/03/2022 15:40:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois ofertou valor acima do máximo estimado em edital.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:40:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.678,2300.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Oxímetro Digital**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	15/03/2022 07:35:27

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM43NB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira/refrigerador frost free duplex, confeccionado em material de aço, cor branca. Tipo de porta: duplex. Quantidade de portas: 02. Tipo de abertura: frontal. Capacidade líquida do refrigerador: mínimo de 250L. Capacidade líquida do freezer: mínimo de 75L. Temperatura do freezer: mínimo 03 níveis ajustáveis. Painel: externo, eletrônico, LED com controle de temperatura do freezer. Quantidade de prateleiras: 03. Tipo de Prateleiras: ajustáveis. Tipo de gaveta: destinada para legumes, verduras e frutas. Recurso da geladeira: iluminação interna. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:22:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:32:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:38:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:48:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:48:49	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/03/2022 14:28:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Proponente ofertou valor acima do valor máximo estimado em edital.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 14:46:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proponente habilitado dentro do valor estimado pelo edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 6.259,6300	R\$ 6.259,6300	14/03/2022 17:55:02

Marca: TRANSMAI

Fabricante: TRANSMAI

Modelo / Versão: BP100P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Eletrônico Completo e portátil dos bisturis na faixa de pequenas cirurgias, indispensável em ambulatórios e clínicas em geral, devido a sua grande versatilidade e desempenho em uso, pois opera em alta frequência, o que evita estimulações musculares. Características: Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, o único na categoria que reúne todos esses recursos. Conteúdo da Embalagem 01 - Bisturi Eletrônico 01 - Caneta padrão autoclavável; 01 - Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 01 - Placa neutra permanente em inox; 01 - Cabo de ligação da placa neutra; 01 - Eletrodo tipo faca reta pequena; 01 - Eletrodo tipo bola ($\varnothing = 2,1\text{mm}$); 01 - Eletrodo tipo bola ($\varnothing = 4,2\text{mm}$); 01 - Eletrodo tipo alça pequeno ($\varnothing = 4,5\text{mm}$); 01 - Eletrodo tipo agulha (85mm); 01 - Eletrodo tipo agulha de depilação; 01 - Manual do usuário; 01 - Certificado de garantia.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.259,6300	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 6.196,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:26:29:883
R\$ 6.000,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:39:39:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:23:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:33:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:39:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:49:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:49:06	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:58:59	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Aceite de proposta	04/04/2022 10:40:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Inabilitada equivocadamente, princípio economicidade.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Oxímetro Digital

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/03/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.740,5600	R\$ 2.740,5600	10/03/2022 10:27:05
Marca: SISPACK (BIOCONTROL) Fabricante: SISPACK (BIOCONTROL) Modelo / Versão: 14T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora para testes biológicos. Capacidade de leitura de até 14 indicadores simultaneamente. Voltagem de 120v. Temperatura de Incubação a partir de 56°C. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.740,5600	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.713,0000	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:32:39:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:24:12	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:34:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:34:40	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:08:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:12:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Aceite de proposta	04/04/2022 14:15:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 2.713,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 2.295,5900	R\$ 2.295,5900	14/03/2022 17:39:36
Marca: SCOPE Fabricante: SCOPE Modelo / Versão: MARCHILLER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.295,5900	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.272,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:26:50:170
R\$ 2.200,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:39:56:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:24:34	Item aberto para lances.
Encerramento sem	16/03/2022 09:34:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

prorrogação

Reinício etapa aberta 16/03/2022 09:39:23 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..

Encerramento etapa aberta 16/03/2022 09:49:24 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 16/03/2022 09:49:24 Item encerrado para lances.

Recusa de proposta 21/03/2022 13:59:14 Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.

Aceite de proposta 04/04/2022 10:43:07 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Inabilitada equivocadamente, princípio economicidade.

Habilitação de fornecedor 05/04/2022 15:59:29 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: DIAMANTE 800W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador, confeccionado em material de metal na base e plástico no copo, cor branca, cinza ou preta, com tampa. Capacidade total do copo: 3L. Capacidade útil do copo: 2L. Velocidade: ajustável. Potência Características: base antiderrapante; trava de segurança; copo resistente. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto. Potencia, BRITANIA DIAMANTE 800W Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 201,5500	R\$ 604,6500	07/03/2022 13:20:21
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: B1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador, confeccionado em material de metal na base e plástico no copo, cor branca ou preta, com tampa. Capacidade total do copo: 3L. Capacidade útil do copo: 2L. Velocidade: ajustável. Potência Características: base antiderrapante; trava de segurança; copo resistente. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto. Potencia 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	15/03/2022 07:35:27

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 604,6500	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:25:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:35:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:39:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:49:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:49:46	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/03/2022 15:41:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, pois ofertou valor acima do máximo estimado em edital.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:41:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 604,6500.

Habilitação de 05/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E fornecedor 15:59:29 EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	15/03/2022 07:35:27
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: LSD11B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina lava e seca automática, confeccionada em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade de lavagem mínima: 10KG. Capacidade de secagem mínima: 5KG. tipo de abertura: frontal. Potência: 2000w. Sistema de lavagem: por tombamento; funcionamento em água fria e quente; nível de água selecionável; velocidade de centrifugação mínima de 1200 RPM. Sistema de secagem: a temperatura mínima de 50º graus; secagem por condensação. Recursos: 01 entrada de água; 01 saída de água; molho; drenagem; enxágue; desligamento automático; timer; pausa; lavagem econômica. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v e/ou 220v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:25:47	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:35:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:39:56	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:49:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:49:57	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/03/2022 14:32:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: Proponente ofertou valor acima do valor máximo estimado em edital.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 14:46:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proponente habilitado dentro do valor estimado pelo edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 419,9300	R\$ 839,8600	07/03/2022 13:22:40
Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: TR25002 25301 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo (escrivaniinha) confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Dimensões aproximadas: 1,20 compr. x 0,60 larg x 0,76 alt. Garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25002 25301 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 839,8600	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:26:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:36:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:40:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:50:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:50:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:46:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 839,8600.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: TR25002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo (escrivainha) em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25002 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 471,4000	R\$ 471,4000	07/03/2022 13:22:40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 471,4000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:31:24	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:41:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:42:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: buscar melhor preço..
Encerramento	16/03/2022 09:52:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:52:26	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:46:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 471,4000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	14/03/2022 16:40:31

PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo / Versão: EXAME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI -EPP - BRASIL / ANVISA:80430259007

Porte da empresa: ME/EPP

34.922.825/0001-85	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAI	Sim	Sim	2	R\$ 1.020,6900	R\$ 2.041,3800	07/03/2022 09:11:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: METALSOLUTIONS

Fabricante: METALSOLUTIONS

Modelo / Versão: "Mesa de exames clínicos com estrutura tubular met

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA."

Porte da empresa: ME/EPP

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.020,6900	R\$ 2.041,3800	07/03/2022 13:22:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo / Versão: RN080070

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, RENASCER RN080070

Porte da empresa: ME/EPP

11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.020,6900	R\$ 2.041,3800	10/03/2022 10:27:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: METALIC

Fabricante: METALIC

Modelo / Versão: MT300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.020,6900	R\$ 2.041,3800	11/03/2022 14:00:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FORÇAMEDICA

Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo / Versão: MESA DE EXAME CLINICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.041,3800	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.041,3800	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.041,3800	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.041,3800	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 2.000,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.950,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:32:48:853
R\$ 1.900,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:33:00:670

R\$ 1.800,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:33:08:557
R\$ 1.770,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:33:12:557
R\$ 1.700,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:33:19:163
R\$ 1.650,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:33:23:017
R\$ 1.500,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:33:26:337
R\$ 1.550,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:33:29:830
R\$ 1.450,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:33:35:360
R\$ 1.220,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:33:42:577
R\$ 1.200,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:33:48:603
R\$ 1.188,0000	34.922.825/0001-85	16/03/2022 09:35:40:197
R\$ 1.150,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:35:47:590
R\$ 1.250,0000	29.178.366/0001-37	16/03/2022 09:37:49:553
R\$ 1.176,1200	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:40:39:627
R\$ 1.584,0000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:40:57:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:32:34	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:42:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:42:58	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/04/2022 11:01:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 990,6100	R\$ 1.981,2200	07/03/2022 13:22:40
	Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: TR25201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT Mesa de Trabalho - Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano, LUNASA TR25201 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.981,2200	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:34:40	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

sem prorrogação	09:44:41	
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:48:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço...
Encerramento	16/03/2022 09:58:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:58:01	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/03/2022 15:48:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.981,2200.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	15/03/2022 07:35:29
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MXSA35P1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro-ondas com função descongelar, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade: mínima de 25L. Tipo de abertura: frontal. Recursos do micro-ondas: Prato giratório interno. Potência: ajustável. Segurança: trava de segurança; cordão elétrico emborrachado. Classificação energética: A. Voltagem: 120/110v e/ou 220v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU TREINAMENTO) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	42.262.411/0001-03	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:42:58	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:52:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 09:58:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar melhor preço..
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 10:08:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 10:08:20	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	25/03/2022 14:38:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Proponente ofertou valor acima do valor máximo estimado em edital.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 14:46:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há proponente habilitado dentro do valor estimado pelo edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 641,0000	R\$ 1.923,0000	14/03/2022 16:57:07
Marca: MAIART Fabricante: MAIART Modelo / Versão: CONCHA BACK BP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 641,0000 R\$ 1.923,0000	14/03/2022 17:28:22
<p>Marca: Dentemed Fabricante: Dentemed Modelo / Versão: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. ""Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"" Porte da empresa: ME/EPP</p>						
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 641,3700 R\$ 1.924,1100	07/03/2022 13:22:40
<p>Marca: MIX MOVEIS Fabricante: MIX MOVEIS Modelo / Versão: MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano, MIX MOVEIS MG Porte da empresa: ME/EPP</p>						
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 641,3700 R\$ 1.924,1100	10/03/2022 10:27:05
<p>Marca: METALIC Fabricante: METALIC Modelo / Versão: MT110NR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	3	R\$ 641,3700 R\$ 1.924,1100	14/03/2022 17:42:46
<p>Marca: GG Fabricante: GG Modelo / Versão: MD200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000 R\$ 2.100,0000	14/03/2022 15:53:29
<p>Marca: Máxima Fabricante: Máxima Modelo / Versão: Preto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Mocho Estetica Base Preta. A Cadeira Mocho Base Preta foi desenvolvida especialmente para atender às necessidades do dia a dia de trabalho no ambiente odontológico ou para tatuadores. Ela possui base giratória em Nylon, garantindo resistência e durabilidade, espuma injetada no assento e no encosto, proporcionando mais conforto durante o uso, e pistão a gás, que oferece fácil regulagem de altura. Seu design apresenta formas básicas, conferindo simplicidade, qualidade e praticidade. A Cadeira Mocho Estetica Base Preta possui uma ampla variedade de cores que vão garantir sofisticação, além de modernizar o seu ambiente de trabalho. Um produto nacional, ideal para o seu ambiente de trabalho, com a garantia de qualidade Renaflex! Mensagem Adicional: Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação do produto! Foto Ilustrativa! Informação Adicional: nr 17 Não.Tipo De Regulagem Altura do Assento Tipo De Base Estrela Baixa em Nylon 280 mm.Tipo De Espuma Injetada Capacidade De Carga 110 Kg Altura Máxima Do Assento Ao Chão 53 cm Altura Mínima Do Assento Ao Chão 42 cm Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.100,0000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.924,1100	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.924,1100	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.924,1100	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.923,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.923,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.900,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:45:10:040
R\$ 1.880,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:45:53:457

05/04/2022 16:40

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R\$ 1.860,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:46:28:097
R\$ 1.800,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:47:46:003
R\$ 1.780,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:48:12:277
R\$ 1.755,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:48:15:443
R\$ 1.730,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:49:31:250
R\$ 1.700,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:50:13:353
R\$ 1.680,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:50:57:860
R\$ 1.663,2000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:52:07:520
R\$ 1.903,7700	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:52:10:067
R\$ 1.646,5600	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:52:27:670
R\$ 1.630,0944	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:52:28:503
R\$ 1.610,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:52:44:443
R\$ 1.593,9000	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:52:45:363
R\$ 1.566,0000	29.312.896/0001-26	16/03/2022 09:52:49:800
R\$ 1.550,3400	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:52:51:287
R\$ 1.534,8300	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:53:07:723
R\$ 1.519,4817	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:53:09:073
R\$ 1.504,2800	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:53:25:730
R\$ 1.489,2372	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:53:26:727
R\$ 1.300,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:53:34:067
R\$ 1.458,0000	73.334.476/0001-32	16/03/2022 09:53:49:780
R\$ 1.443,4200	38.438.581/0001-10	16/03/2022 09:53:51:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:44:06	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 09:55:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 09:55:52	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:59:29	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Aceite de proposta	04/04/2022 10:46:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: Inabilitada equivocadamente. Princípio Economicidade.
Negociação de valor	04/04/2022 10:49:25	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e com valor negociado a R\$ 1.299,9900. Motivo: Ajustado ao valor unitário, conforme consta em proposta. $433,33 \times 3 = R\$ 1.299,99$. Consta em edital item 9.7. Havendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos e por extenso, serão considerados estes últimos.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 642,0000	R\$ 1.926,0000	14/03/2022 16:57:07

Marca: RA

Fabricante: RA

Modelo / Versão: 140TI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica..

Porte da empresa: ME/EPP

11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 642,8500 R\$ 1.928,5500	10/03/2022 10:27:05
	Marca: METALIC Fabricante: METALIC Modelo / Versão: MT482B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Porte da empresa: ME/EPP					
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 642,8500 R\$ 1.928,5500	14/03/2022 17:11:57
	Marca: CONKAST Fabricante: CONKAST Modelo / Versão: CNK1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Porte da empresa: ME/EPP					
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Sim	Sim	3	R\$ 642,8500 R\$ 1.928,5500	14/03/2022 17:42:46
	Marca: GG Fabricante: GG Modelo / Versão: MD300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Porte da empresa: ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.928,5500	11.089.732/0001-16	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.928,5500	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.928,5500	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.926,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:00:07:070
R\$ 1.900,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:49:37:797
R\$ 1.881,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:49:38:257
R\$ 1.800,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:49:42:547
R\$ 1.782,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:49:44:293
R\$ 1.760,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:49:56:377
R\$ 1.742,4000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:49:58:387
R\$ 1.700,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:50:35:553
R\$ 1.683,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:50:36:497
R\$ 1.200,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:50:48:800
R\$ 1.188,0000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:50:50:510
R\$ 1.160,0000	24.864.422/0001-73	16/03/2022 09:51:06:243
R\$ 1.148,4000	10.728.371/0001-48	16/03/2022 09:51:06:530
R\$ 900,0000	24.384.602/0001-58	16/03/2022 09:51:28:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:48:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem	16/03/2022 09:58:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

05/04/2022 16:40

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

prorrogação

Encerramento	16/03/2022 10:00:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 10:00:25	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	21/03/2022 13:59:47	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.160,0000. Motivo: Proponente inabilitada, pois não apresentou documento conforme solicitado no edital. Item 15.5.2. Balanço patrimonial e Dre do ano vigente.
Aceite de proposta	30/03/2022 15:48:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitação de fornecedor	05/04/2022 15:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 24.384.602/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	14/03/2022 16:40:31
Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: OMNI 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO / ANVISA:80070210078 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	32.593.430/0001-50	16/03/2022 09:00:07:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 09:49:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 09:59:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	16/03/2022 10:00:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 10:00:34	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:10:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2022 14:30:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Recusa de proposta	04/04/2022 14:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proponente desclassificada para o item, conforme solicitação.
Cancelado no julgamento	04/04/2022 14:47:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Única proponente que ofertou para o item solicitou desclassificação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Oxímetro Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 980,0000 R\$ 3.920,0000	14/03/2022 16:40:31
	Marca: MISSOURI Fabricante: MISSOURI Modelo / Versão: PORTATIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica / FABRICANTE: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHOSMÉDICOS LTDA-EPP - BRASIL / ANVISA:80218930006 Porte da empresa: ME/EPP					
10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 985,0000 R\$ 3.940,0000	14/03/2022 16:57:07
	Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: OMNI 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Porte da empresa: ME/EPP					
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 985,0400 R\$ 3.940,1600	10/03/2022 10:27:05
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: VISIO 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Porte da empresa: ME/EPP					
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 985,0400 R\$ 3.940,1600	11/03/2022 14:00:07
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: VISIO 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Porte da empresa: ME/EPP					
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 985,0400 R\$ 3.940,1600	14/03/2022 17:11:57
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: VISIO 2000 IO1152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor					